

FECHA: 12/01/24

Cliente: CENCOMEX - Capacitación
Dirección: Av. Galvarino # 7640, Quilicura
Ciudad: SANTIAGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: GENERADOR MICROONDA Marca: CREO MEDICAL
Modelo: PG 1 Serie: _____

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☒ Otro (especificar) ACTUALIZACIÓN EQUIPOS

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☒ Otra (especificar) se realiza MANTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN


Descripción Trabajo:

se realiza ACTUALIZACIÓN de software a 3 equipos
GENERADOR DE RADIO FRECUENCIA MICROONDA series
2111-68-01, 2203 68 01, 2203-34-01 quedando
operativo

Hora Inicio: 10:00

Hora Terminó: 12:30

Nombre	Mateo Fernandez
Cargo	Service Engineer
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Fco Marifil
Cargo	Tecnico
Firma	
	CENCOMEX