



CENCOMEX

INFORME TÉCNICO EN TERRENO

FOLIO

Nº 000456

SERVICIO TÉCNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO Nº 2150
FONO/FAX: (56-02) 949 1133
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
jcarreno@cencomex.cl
cyañez@cencomex.cl

FECHA: 15/04/2013

CLIENTE: CLINICA VESPUCIO

R.U.T.:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: SANTIAGO

TELÉFONO:

FAX:

ENCARGADO: MIGUEL PALMA

SERVICIO: REPARACIÓN

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE Nº

CAMA

HILL-ROM

AFFINITY 2

3601-64A29-A

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

TIENE PROBLEMAS CON EL MOTOR DEL HI-LO Y NO CUMPLE LA FUNCIÓN DEBIDA, SE SOLICITA LLEVAR A SERVICIO TÉCNICO

HORA DE INICIO

13:22

HORA DE TERMINO

14:20

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA
CENCOMEX S.A.

FIRMA

TECNICO: CARLOS SEVERINO

EMPRESA: CLINICA VESPUCIO S.A.
CLIENTE: MIGUEL PALMA