

INFORME TECNICO

Institución: Hospital la Florida

Trabajo realizado: Reparación de Camillas

Técnico: Sebastián Muñoz

Fecha: 15/05/14

Equipo: Camillas


Marca: Paramount Bed

Modelo: KK-800

Estimados:


Envío a usted informe de trabajo realizado el día 14 y 15 de Mayo de 2014, en el cual se reparan 11 Camillas Paramount Bed, Donde se encuentran diferentes Fugas Hidráulicas, Los Cilindros son Revisados por soporte técnico y se encuentran óptimos para su instalación.

-Camilla Paramount Bed Modelo KK-800






Los trabajos fueron realizados exitosamente, en donde las Camillas se encuentran Funcionando Perfectamente además de ser revisadas detalladamente por Camila Naranjo Personal de Equipos Médicos Hospital de la Florida.



Camila Naranjo Sariego
17.558.581-8
Encargado Equipos Médicos



Encargado De Las Camillas

SALUDA CORDIALMENTE.

Sebastián Muñoz G
Soporte Técnico
Cencomex