







ANNEXE: Relais



ENREGISTRÉ PAR LE
SERVICE DOCUMENTATION

28/05/2015



FUSIBLES :

SECTEUR	FU1 (10x38mm)	FU2 (10x38mm)
100/120 VAC	10A aM TMS 229922	6A aM TMS 229921
200/230 VAC	6A aM TMS 229921	6A aM TMS 229921


TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné,
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)

Designation : ENSEMBLE CABLAGE FILAIRE MODULE

Designation :



Echelle :
Scale :

Date : 29/06/07

Folio : 1/2

Dessine par :
Drawn by : NGU

Verifie par :
Checked by : RCH

ERCO :

Format :
A3

N° du plan : TMS 229910 | E

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.

E	11/05/2015	MAJ câblage Alim + Folio 2	13016/SO	TJA	CCA
A1	07/11/2007	MAJ+modif nomo. rep 3(qté), 27(ref)		NGU	CCA
Ind.	Date :	Modification :	ERCO N°:	Modifié par : Modified by :	Verifié par : Checked by :

ENREGISTRÉ PAR LE
SERVICE DOCUMENTATION

28/05/2015

REP	QTE	DESIGNATION	REF	
1	1.1m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir	108639	108636
2	0.58m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir	108639	108636
3	90	Embout de cablage isolé 1.5mm2	221168	
4	4	Connecteur PHOENIX 6pts pas: 5.08mm	228500	
5	3	Connecteur PHOENIX 2pts pas: 5.08mm	229593	
6	1.5m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir	108639	108636
7	1.1m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir(x4)	108639	108636
8	0.2m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir	108639	108636
9	1.4m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge	108639	
10	1.25m	Fil 1.5mm2 HD7VK noir	108636	
11	0.5m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge	108639	
12	0.76m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir(x2)	108639	108636
13	0.85m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir(x2)	108639	108636
14	0.5m	Fil 1.5mm2 HD7VK bleu et marron	229600	229601
15	0.2m	Fil 1.5mm2 HD7VK bleu et marron	229600	229601
16	0.15m	Fil 1.5mm2 HD7VK bleu et marron	229600	229601
17	0.7m	Fil 2.5mm2 HD7VK rouge et noir	229602	229603
18	2	Embout de cablage isolé 2.5mm2	C00670	
19	6	Cosse à fourche isolée bleue D4mm	C00379	
20	0.35m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir	108639	108636
21	0.37m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir(x2)	108639	108636
22	0.7m	Fil 1.5mm2 HD7VK bleu et marron	229600	229601
23	1	Bornier débrochable 4cts	222457	
25	0.2m	Fil 1.5mm2 HD7VK bleu et marron	229600	229601
26	0.2m	Fil 1.5mm2 HD7VK bleu et marron	229600	229601
27	2	Cosse Faston 6.35mm isolée	108464	
28	2	Connecteur PHOENIX 8pts pas: 3.81mm	228499	
29	4	Embout de cablage isolé double 2.5mm2	229613	
30	1m	Fil 1.5mm2 HD7VK rouge et noir	108639	108636
31	2	Fusible 5x20mm 125mA	221929	
32	1	Connecteur PHOENIX 2 pts pas 3.81mm	229594	

Plan mécanique Bornier: TMS 229585

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)

Matiere :
Material :

Traitement :
Treatment :

Designation : ENSEMBLE CABLAGE FILAIRE MODULE

Tolerance generale :
General tolerance :

Usinage general :
Machining :

Protection :
Protection :

Designation :

Echelle :
Scale :

Date : 29/06/07

Folio : 2/2

Protection :

Dessine par :
Drawn by : NGU


Verifie par :
Checked by : RCH

ERCO :

Format :
A3

N° du plan : TMS 229910 | E

Ce document est la propriete de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut etre reproduit ni communique a des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.



E	11/05/2015	MAJ longueur Rep. 10 + ajout bornier x2	13016/SO	TJA	CCA
A1	07/11/2007	MAJ+modif nomo. rep 3(qté), 27(ref)		NGU	CCA
Ind.	Date :	Modification :	ERCO N°:	Modifie par :	Verifie par :
	Date :	Modification :		Modified by :	Checked by :