

Nota : L'anti-collision source est mis en série avec le fin de course générateur. Réaliser la connection une fois tous les câbles passés.

REP	QTE	DESIGNATION	REF
1	2	Connecteur MOLEX 4 pts mâle	229589
2	6	Contact femelle MOLEX 18-24 AWG	226932
3	1	Connecteur PHOENIX 2pts pas: 3.81mm	229594
4	6	Embout de cablage isolé blanc 0.25 mm2	229581
5	1	Connecteur PHOENIX 2pts pas: 3.81mm	229333
6	2.9m	Cable 4x0.25mm² non blindé	229647
7	3m	Cable 4x0.25mm² non blindé	229647
8	5	Gaine thermorétractable D6.4mm lg:3cm	C□0460
9	1	CABLE 86: connection switch géné	229909
10	1	Embout de cablage isolé 0.5mm2	100656
11	1	Connecteur MOLEX 2 pts mâle	224472

B

TECHNOMED Medical Systems
Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX EN VELIN – FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith ((((i-sys (Module)

Designation : CABLE 35 / LIAISON ANTI-COLLISIONS + LASER

Designation :

Matiere : Material :
Traitement : Treatment :
Tolerance generale : General tolerance :
Usinage general : Machining :
Protection : Protection :

Echelle : Scale :
Date : Date : 08/08/07
Folio : 1/1

Dessine par : Drawn by : NGU
Verifie par : Checked by : RCH
ERCO :
Format : A3
N° du plan : Plan N° : TMS 229646 | B

Ind.	Date : Date :	Modification : Modification :	ERCO N°:	Modifie par : Modified by :	Verifie par : Checked by :
B	04/12/2007	MAJ ajouts rep. 9 et 10 + ajout rep. 11		NGU	CCA
A1	29/10/2007	Modif. nomo rep 2		NGU	RCH

Ce document est la propriete de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut etre reproduit ni communique a des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.