



VALIDE PAR LA
DOCUMENTATION LE
16/12/2014

ALIMENTATION ELECTRIQUE SONOLITH I-SYS



Nota : Entrée secteur
La configuration du système présentée
Ici est en 230 VAC (configuration par défaut)
Pour les autres tensions d'alimentations
secteurs prévues (100 / 120 / 200 VAC) il
faut au préalable s'assurer d'avoir :
-les fusibles F1 et F2 adéquats (voir tableau
ci-dessous)
-sélectionner la borne d'entrée du transfo
correspondante (voir étiquette sur transfo.)
-le voyant de présence secteur adapté:
100/120 VAC -> TMS 228479
200/230 VAC -> TMS 229748

Transfo Module équipé: TMS 229587



Choix des fusibles:

SECTEUR	FU1 (10x38mm)	FU2 (10x38mm)
100/120 VAC	10A aM TMS 229922	6A aM TMS 229921
200/230 VAC	6A aM TMS 229921	6A aM TMS 229921

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)




Désignation : CABLAGE ALIMENTATION ELECTRIQUE

Désignation : 100/120/200/230 VAC


Echelle : Scale :	Date : Date : 14/03/07	Folio : 1/8	Matière : Material :
Dessiné par : Drawn by : NGU	Vérifié par : Checked by : RCH	ERCO :	Traitement : Treatment :
Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers. The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.			Tolérance générale : General tolerance :
			Usinage général : Machining :
			Protection : Protection :
			N° du plan : TMS 229366 M

M	24/11/2014	Ajout ref. repère 20 & 21	14078/SO	TJA 16/12/2014	CCA 16/12/2014
B	12/09/2007	Mise à jour générale		NGU	RCH
	Date :	Modification :	ERCO N°:	Modifié par :	Vérifié par :
	Date :	Modification :		Modifié par :	Vérifié par :

The diagram shows a medical device with two rectangular screens. The left screen is labeled 'ECRAN IMAGERIE' and the right screen is labeled 'ECRAN IHM'. Both screens are connected to a common curved structure above them. The 'ECRAN IMAGERIE' screen is on the left and the 'ECRAN IHM' screen is on the right. The device is shown in a side profile view.



CONNEXION INTERNE SONOLITH I-SYS



TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)

Designation : CABLAGE PLAQUE CONNECTIQUE ARRIERE

Designation : EQUIPEE


Matiere :
Material :

Traitement :
Treatment :

Tolerance generale :
General tolerance :

Usinage general :
Machining :

Protection :
Protection :



Echelle :
Scale :

Date :
Date :

14/03/07

Folio :
Folio :

5/8

Dessine par :
Drawn by :

NGU

Verifie par :
Checked by :

RCH

ERCO :

Format :
Format :

A3

N° du plan : TMS 229366 | M

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.

M	24/11/2014	Ajout info Rep. 1 ; 2 et 40	14078/SO	TJA 16/12/2014	CCA 16/12/2014
B	12/09/2007	Mise à jour générale		NGU	RCH
Ind.	Date :	Modification :	ERCO N°:	Modifie par :	Verifie par :
	Date :	Modification :		Modified by :	Checked by :

CONNEXION EXTERNE SONOLITH I-SYS


Plaque connectique
arrière équipé
TMS 229200-Folio2

Télécommande Module L7
TMS 229232

Cable fourni
TMS 229228

MODULE
IHM DEPORTE
TMS 229655

Voir détail du
cablage interne sur
plan TMS 229890



VALIDE PAR LA
DOCUMENTATION LE
16/12/2014

TABLE I-SYS

ECG

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)

Designation : CONNECTIONS EXTERNES

Designation :



Echelle :
Scale :

Date : 14/03/07
Date :

Folio : 6/8

Matiere :
Material :

Traitement :
Treatment :

Tolerance generale :
General tolerance :

Usinage general :
Machining :

Protection :
Protection :

Dessine par :
Drawn by : NGU

Verifie par :
Checked by : RCH

ERCO :


Format :
A3

N° du plan : TMS 229366 | M

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.

M	24/11/2014	MAJ Folio 1 + 3 + 4 + 5	14078/SO	TJA 16/12/2014	CCA 16/12/2014
B	12/09/2007	Mise à jour générale		NGU	RCH
Ind.	Date :	Modification :	ERCO N°:	Modifie par :	Verifie par :
	Date :	Modification :		Modified by :	Checked by :

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---



F4/J7

VALUE PAR LA

44

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
 4 Rue du Dauphiné.
 69120 VAULX EN VELIN – FRANCE
 Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
 Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

VALIDE PAR LA DOCUMENTATION LE	Senolith (((i_ave	
	Matière : Matière :	

DOCUMENTATION LE 16/10/2014	SOLUTION ((1-sys	Traitement : Treatment :
--------------------------------	------------------	-----------------------------

16/12/2014	Designation : CABLAGE IHM LOCAL	Tolerance generale : General tolerance :	1
------------	---------------------------------	---	---


						Designation : 				Echelle : Scale :		Date : Date : 14/03/07		Folio : 7/8		Usage general : Machining :	
M	24/11/2014	MAJ Folio 1 + 3 + 4 + 5	14078/SO	TJA 16/12/2014	CCA 16/12/2014												


B	12/09/2007	Mise à jour générale		NGU	RCH	Dessine par : Drawn by : NGU	Vérifié par : Checked by : RCH	ERCO :	Format : A3	N° du plan : Plan N° : TMS 229366	M
---	------------	----------------------	--	-----	-----	---------------------------------	-----------------------------------	--------	----------------	--------------------------------------	---

	Date :	Modification :	ERCO N°:	Modifie par : Modified by :	Verifie par : Checked by :		Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
	Date :	Modification :					The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.

VALIDE PAR LA
DOCUMENTATION LE
16/12/2014

M	24/11/2014	MAJ Folio 1 + 3 + 4 + 5	14078/SO	TJA 16/12/2014	CCA 16/12/2014
B	12/09/2007	Mise à jour générale		NGU	RCH
	Date : Date :	Modification : Modification :	ERCO N°:	Modifié par : Modified_by :	Vérifié par : Checked_by :

		TECHNOMED Medical Systems		Parc d'activité la Poudrette Lamartine 4 Rue du Dauphiné. 69120 VAULX EN VELIN — FRANCE Téléphone : (33) 4.72.15.31.50 Télécopie : (33) 4.72.15.31.51	
Sonolith (((i-sys				Matière : Material :	
				Traitement : Treatment :	
Designation : CABLAGE IHM LOCAL				Tolerance generale : General tolerance :	
Designation :				Usinage general : Machining :	
	Echelle : Scale :	Date : 14/03/07 Date :	Folio : 7/8	Protection : Protection :	
Dessine par : Drawn by : NGU	Verifie par : Checked by : RCH		ERCO :	Format : A3	N° du plan : TMS 229366 M Plan N° :
Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.					
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.					



INFORMATIONS: Alimentation 100/120 VAC
L'alimentation secteur est réalisé via
le kit 100/120 VAC (TMS 229870).
Voir plan de câblage TMS
229870-Folio2

Source 3.5KW : TMS 228315
Source 15KW : TMS 228316

NB: Système 3.5 kW
-CP3 (PSM26 R) n'existe pas

Rack 3.5 kW : TMS 228313
Rack 15 kW : TMS 228314

NB: Cable fournis par PSM (fabricant)
-ENSEMBLE CABLE SOURCE 3.5 KW: TMS 229892
-ENSEMBLE CABLE SOURCE 15 KW: TMS 229893
-ENSEMBLE CABLE FLXIS: TMS 229894

M	24/11/2014	MAJ Folio 1 + 3 + 4 + 5	14078/SO	TJA	16/12/2014	CCA	16/12/2014
K	20/08/2012	MAJ Nota Folio 1		BGA		TJA	
B	12/09/2007	Mise à jour générale		NGU		RCH	
Ind	Date :	Modification :	ERCO N°:	Modifié par :	Modifié by :	Vérifié par :	Vérifié by :

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)				Matière : Material :	
Designation : CABLAGE SYSTEME RX 3.5-15kW/23-31cm				Traitement : Treatment :	
Designation :				Tolérance générale : General tolerance :	
Echelle : Scale :				Usage général : Machining :	
Dessiné par : Drawn by : NGU		Vérifié par : Checked by : RCH		ERCO : Format : N° du plan : TMS 229366 M	
Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers. The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.					