




8
7
6
5
4
3
2

8
7
6
5
4
3
2




INFORMATIONS: Alimentation 100/120 VAC
L'alimentation secteur est réalisé via
le kit 100/120 VAC (TMS 229870).
Voir plan de câblage TMS
229870-Folio2



Source 3.5kW : TMS 228315
Source 15kW : TMS 228316
NB: Système 3.5 kW
-CP3 (PSM26 R) n'existe pas

Rack 3.5 kW : TMS 228313
Rack 15 kW : TMS 228314



NB: Cable fournis par PSM (fabricant)
-ENSEMBLE CABLE SOURCE 3.5 KW: TMS 229892
-ENSEMBLE CABLE SOURCE 15 KW: TMS 229893
-ENSEMBLE CABLE FLXIS: TMS 229894

E	14/10/2008	Inversion bornes 1 et 2 Folio 1/8	07044/SO	CCA	JLB
D	07/04/2008	Mise à jour folio 8/8		NGU	APE
C	03/12/2007	Mise à jour suite montage pré-série		NGU	CCA
B	12/09/2007	Mise à jour générale		NGU	RCH
Date :		Modification :	ERCO N°:	Modifié par :	Vérifié par :
Date :		Modification :	ERCO N°:	Modifié par :	Vérifié par :

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((i-sys (Module)))

Designation : CABLAGE SYSTEME RX 3.5-15kW/23-31cm

Designation : Echelle : Date : 14/03/07 Folio : 8/8

Dessiné par : NGU Vérifié par : RCH ERCO : A2

Format : A2 N° du plan : TMS 229366

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.

Matière :
Matériau :
Traitement :
Tolérance générale :
Usinage général :
Machining :
Protection :
Plan N° : TMS 229366

H G I F E D C B A