



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 002870

FECHA: 23-11-2017

CLIENTE: Clinica las Cordes

R.U.T.: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: Santiago

TELEFONO: _____

FAX: _____

ENCARGADO: Paul Medina

SERVICIO: Urgencia

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
<u>Modulo de ducha</u>	<u>Boulard</u>	<u>Brigand 5</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

TRABAJO REALIZADO ☒

OBSERVACIONES ☐

Se realiza visita a la habitación 5303, piso 3, edificio Unde, generando llamado permanentemente sin poder ser cancelado, se procedio a revisar el modulo pudiendo totalmente operativo y funcionando al 100%.


HORA DE INICIO

4:00 AM

HORA DE TERMINO


4:30 AM

TOTAL HORAS HOMBRE



FIRMA
CENCOMEX S.A.

TÉCNICO: Sebastian Rojas



FIRMA

EMPRESA:
CLIENTE:

Paul Medina
C.E. M. C.L.C.