

FECHA: 20 / 9 / 2023

Cliente: UC CHINISWS

Dirección:

Ciudad: STGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: ULTRASONIDO Marca: KOLIS

Modelo: TRINITY Serie: T140

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- EQUIPO 100% OPERATIVO
- MANT. PREVENTIVA SIGUIENDO PROTOCOLO KOLIS.
- REVISIÓN DE SONDA EN AMBIENTE
- REVISIÓN DE CABLES Y PUNTOS.
- SINIACIÓN DE PRUEBA DE PACIENTE.
- SE MUESTRA A PERSONAL DE GEMM REALIZAN
BACK UP DE DATOS.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Jorge López
Cargo	Técnico Equipos Médicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge González
Cargo	ING EN MECÁNICA
Firma	
	CENCOMEX