



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 002621

FECHA: 24/10/2017

CLIENTE: Hospital Copiapó R.U.T.:
DIRECCION: Los Caminos 1320 CIUDAD: Copiapó
TELEFONO: FAX:
ENCARGADO: Luis Pineda SERVICIO: Mantenimiento

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE Nº
Kasen	Convergint	ODY 55E-X	28020-6462D

TRABAJO REALIZADO ☒

OBSERVACIONES ☒

Se realizó Mantenimiento Preventivo
Calibración de Sonador
Calibración Voltaje Fajetas
Calibración Temperatura
Cambio Filtro Aire.
Deposición Botón Emergencia
Equipo Operativo 100%.
Proxima Calibración se debe realizar en Fabrica nueva versión.

HORA DE INICIO ☐

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

ENCARGADO DE
EQUIPOS
MEDICOS

FIRMA
CENCOMEX S.A.
TÉCNICO: Andrés Francisco
Yanez Zaldivar

SERVICIO DE SALUD ATACAMA
HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPO

FIRMA

EMPRESA:
CLIENTE:

Hospital de Copiapó
Luis Pineda Flores