

[illegible]**Gastos repuestos de Equipo**

Sólo un técnico de servicio autorizado podrá llevar a cabo el mantenimiento preventivo y sus procedimientos.

ITEM	FRECUENCIA DE CAMBIO	VALOR EN UF	N° CAMBIO DE REPUESTO EN 5 AÑOS
• Inspeccione y reemplace el agua de refrigeración si es necesario.	6 MESES	0,69 UF	6,9 UF
• Inspeccione y reemplace el filtro de agua si es necesario.	6 MESES	4,00 UF	40 UF
• Inspeccionar y reemplazar si es necesario escudo de la explosión	6 MESES	1 VEZ	30 UF
• Limpie la óptica	6 MESES	2,5 UF	25 UF
• Verificar la alineación óptica			
• verificar la calibración de potencia			
• Inspeccione y reemplace el filtro de aire si es necesario			
• Limpie las superficies externas con alcohol			