

CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

№ 004326

FECHA: 20/12/2019

CLIENTE: HOSPITAL DO OVALLE R.U.T.: 67.606.404-5
DIRECCION: Av. 7ta. Pinaro # 7 CIUDAD: OVALLE
TELEFONO: FAX:
ENCARGADO: LUIS QUIDEMAO SERVICIO: MANEJO DE

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE N°

1500

CONJUGENT

05/554

29020-6N6R6

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

- SE REALIZA MANTENIMIENTO COMPLETO AL EQUIPO.
- SE DRENA COMPLETAMENTE Y SE REllENA CON AGUA BIODIGERADA.
- SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO DE AGUA.
- SE REvisa ESTADO DE BLAST SHIELDS (3 QUEMADOS), SE DEJA PARA USO EL BLAST SHIELD 6 (CINCO).
- SE REALIZA AJUSTACION DE EQUIPO YA QUE PRESENTABA PARAMENTOS BAJOS DE ENERGIA. SE RECOMIENDA MANTENION Y REPARACION POR SEGURIDAD DEL EQUIPO LAS PARTES CORRESPONDIENTES DE MANTENIMIENTO.

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA
CENCOMEX S.A.

TÉCNICO: Songe Ferreira

FIRMA

EMPRESA:
CLIENTE:

 **Abisag Castro Coroseo**
Ingeniera Civil Biomédica
Rut: 18.404.057-3