



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003755

FECHA: 07/02/2018

CLIENTE: Hospital de Ovalle

R.U.T.: 61626404-5

DIRECCION: Av. Artista Ponce de León # 7

CIUDAD: Ovalle

TELEFONO: 532 633430

FAX: _____

ENCARGADO: Felipe Villarroel Maldonado

SERVICIO: Plant. Preventivo

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE Nº
<u>LASER</u>	<u>Odyssey</u>	<u>30B</u>	<u>29020-ENERG</u>
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

TRABAJO REALIZADO ☒

OBSERVACIONES ☒

- Se realizó mantenimiento preventivo quedando el equipo 100% operativo.
- importante: Solo utilizar Blast shield n° 3, de lo contrario esto generará fallas en el equipo.
- Favor dejar muy en claro este tema para no provocar mayores daños

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

Andrés Yáñez

FIRMA
CENCOMEX S.A.

Nelson Reyes

FIRMA

TÉCNICO:

EMPRESA:
CLIENTE:

