



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 004326

FECHA: 20/12/2019

CLIENTE: HOSPITAL DE OVALLE R.U.T.: 61.606.404-5
DIRECCION: Av. 7ta Pcia # 7 CIUDAD: OVALLE
TELEFONO: FAX:
ENCARGADO: LUIS QUIDENAO SERVICIO: MANUTENCION

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE Nº
Ukon	CONJUGENT	ODYSSEY	29020-6N6N6

TRABAJO REALIZADO ☒

OBSERVACIONES ☒

- SE REALIZA MANUTENCION COMPLETA AL EQUIPO.
- SE LIMPIA COMPLETAMENTE Y SE REFIENA CON AGUA BODENADA.
- SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO DE AGUA.
- SE REVISIA ESTADO DE BUST SHIELDS (3 CUERPOS), SE DEJA PARA USO EL BUST SHIELD 6 (CARGA).
- SE REALIZA AJUSTACION DE EQUIPO YA QUE PRESENTABA PARAMETROS BAJOS DE EMISION. SE RECOMIENDA MANUTENCION Y REVISAR CON SEGURIDAD DEL EQUIPO LAS PARTES CORRESPONDIENTES DE MANUTENCION.

HORA DE INICIO ☒

HORA DE TERMINO ☒

TOTAL HORAS HOMBRE ☒

FIRMA
CENCOMEX S.A.

TÉCNICO: Jorge Fernandez

FIRMA

EMPRESA:
CLIENTE:

Abisag Castro Coroseo
Ingeniera Civil Biomédica
Rut: 18.404.057-3