

FECHA: 30 / 8 / 22

Cliente: Clínica Bio Bio

Dirección:

Ciudad: Concepción

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: COOK MEDICAL

Modelo: H30

Serie: LHT 0205 - 0211

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN ESTRUCTURA FÍSICA

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODESTILADA.


- CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.


- CAMBIO DE BUSTSHIELD.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Vanessa Ferreira
Cargo	17.648.067-K Enfermera
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELICIMINIZ
Firma	
	CENCOMEX