



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003306

FECHA: 12/10/2018

CLIENTE: Clinica Bio Dico

R.U.T.:

DIRECCION:

CIUDAD: Concepcion

TELEFONO:

FAX:

ENCARGADO: Paola Pailanillo

SERVICIO: Mantenimiento

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE Nº
Laser	Coor	H-30	4470205-0217

TRABAJO REALIZADO ☒

OBSERVACIONES ☒

Mant. Realizada: Cambio de Filtros y AGUS, Limpieza y Calibración.

Prox. Mant. Cambio de Blast Shield, Revision Alimentación, Revision Emisiones

Equipo 100% operativo.

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

TÉCNICO:

FIRMA
CENCOMEX S.A.
Andrés Yañez
Area Informática
CENCOMEX S.A.

EMPRESA:
CLIENTE:

FIRMA