



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.technico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003304

FECHA:

11/10/2018

CLIENTE: Clinica Alemana Temuco

R.U.T.:

DIRECCION:

CIUDAD:

Temuco

TELEFONO:

FAX:

ENCARGADO:

Jorge Coladon

SERVICIO:

Mantenimiento

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE Nº


Laser

COOK


H30

ZHT000-0217

TRABAJO REALIZADO



OBSERVACIONES



Mant. Realizada - Cambio de Filtros, Limpieza y cambio de agua, calibración.

Prox. mant. Cambio Blast Shield, Revisión Alimentación, revisión energética pulso largo.

Equipo 100% operativo.

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

TÉCNICO:

FIRMA
CENCOMEX S.A.
Andrés Yañez
Area Informática
CENCOMEX S.A.

EMPRESA:
CLIENTE:

FIRMA

Jorge Coladon