



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003758

FECHA:

21/03/2018

CLIENTE:

Clinica Alemana Temuco

R.U.T.:

96.606.750-0

DIRECCION:

Sanson Estanar 645

CIUDAD:

Temuco

TELEFONO:

FAX:

ENCARGADO:

Herman Mora

SERVICIO:

Mantenimiento

EQUIPO

Laser

MARCA

Cook

MODELO

H 30

SERIE Nº

LH40209-0217

TRABAJO REALIZADO



OBSERVACIONES



Mantenimiento Realizado, Cambio de Agua, Limpieza de
Dist. Shield, Cambio Filtro de Agua.

Equipo 100% operativo

Prox. Mantenimiento 09/2018

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

TÉCNICO:

FIRMA
CENCOMEX S.A.
Area Informática
CENCOMEX S.A.

EMPRESA:
CLIENTE:

HERMAN MORA ORTIZ
Supervisor Eq. Médicos
Clinica Alemana de Temuco

FIRMA