



23 de Noviembre del 2023

INFORME TECNICO

PRODUCTO:	LASER UROLOGIA H30 S/N: LHT 0209-0217
MARCA:	COOK MEDICAL
ENCARGADO:	JORGE FERNANDEZ
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
INSTITUCION:	CLINICA ALEMANA TEMUCO
TIPO DE ACTIVIDAD:	MANTENCION PREVENTIVA
SOLICITADO POR:	CENCOMEX

Trabajo realizado en el equipo:

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Prueba de disparo prolongados.
- Revisión de Conexión hembra de fibra.
- Revisión del Focus lens.
- Mantención Preventiva completa.
- > Cambio de filtro de agua
- Cambio de agua bidestilada.
- Limpieza filtro partículas
- > Revisión del interior del equipo.
- Revisión y calibración del equipo.
- Revisión de espejos.
- > Revisión de Resonador.
- Pruebas de funcionamiento.
- Cambio de Blast Shield
- > Revisión de pedal del equipo

Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:

- Conexión hembra de fibra buena.
- Focus lens en buen estado.
- Estado de los espejos buenos.
- Interior del equipo ok.
- Cavidad óptica ok.
- Calibración corregida.
- Potencia del equipo óptima.





- Pruebas de disparo sin problemas.
- Blast Shield en buen estado.

Blast Shield en uso:



Blastshield Nuevo:







Cambio de agua bidestilada:




Cambio de Deionize Cartridge:







Espejo Frontal bueno:



Espejo Trasero bueno:







CONCLUSIÓN

Equipo laser alineado y calibrado, se realizaron pruebas de disparo, sin problemas.

El equipo laser modelo H30 S/N: LHT 0209-0217, se encuentra operativo.

Próxima mantención del equipo, Mayo 2024.

Cencomex recomienda realizar mantenciones cada 6 meses.

Jorge Fernández F. Ingeniero Civil Electrónico Cencomex S.A.