

FECHA: 29 / 9 / 2022

Cliente: CLINICA ALEMANA TEMUCO

Dirección:

Ciudad: TEMUCO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: COOK MEDICAL

Modelo: H30

Serie: LHT 0209-0214

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA

- REVISIÓN DE BLASTSHIELD (OK)

- CAMBIO DE DEIONIZE CONTINUIDE.


- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESTILADA.

- CALIBRACIÓN DE ENFOCA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	Jorge Caledón
Cargo	Sup. Equip. medica.
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	Ing. Civil ELECTRICIDAD
Firma	
	CENCOMEX