

FECHA: 14 / 2 / 2024

Cliente: CENCOMEX
Dirección:
Ciudad: SGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: Ken Marca: COOK MEDICAL
Modelo: H30 Serie: LHT 0335-0314

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

-REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
-DRENAJE Y LLENADO DE AGUA B.D.S.G.I.T.A.
-CAMBIO FILTRO D.E.
-REVISIÓN DE BATERÍA.
-ADJUNTA DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Constanza Huente
Cargo	
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL MECÁNICO
Firma	
CENCOMEX	