



CENCOMEX
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

HOJA DE SERVICIO

N° 7371

FECHA: 28 / 08 / 2023

Cliente: Pontificia Universidad Católica
Dirección:
Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser Marca: Cook Medical
Modelo: H-30 Serie: LHT0385-0317

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Se realiza mantenimiento Preventivo según protocolo Cencomex, se cambia conector de manguera quebrado. Pruebas de Disparo OK. Cambio de Filtro OK.

Equipo Operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Matías Salvo P.
Cargo	Tec. E.M.
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX