



№ 003655

FECHA: 04/07/2018

CLIENTE: CENCOMEX R.U.T.: _____
DIRECCION: _____ CIUDAD: Santiago
TELEFONO: _____ FAX: _____
ENCARGADO: Jacqueline Alvarez SERVICIO: Bodega

[illegible]

TRABAJO REALIZADO	✓
-------------------	---

OBSERVACIONES	
---------------	--

Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de agua, limpieza de filtro y calibración.

Equipo queda operativo para su uso.

Próxima mantención: Enero 2018

HORA DE INICIO	
----------------	--

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE	
--------------------	--

Mariang Bravo

FIRMA
CENCOMEX S.A.

TÉCNICO: *Mariana Bravo*

FIRMA

EMPRESA:
CLIENTE: