



CENCOMEX





SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 004239

FECHA: 12/8/2020

CLIENTE: CLINICA VESPUCIO R.U.T.: 96.899.980-4
DIRECCION: SENARIN ZARONA 190 CIUDAD: STGO.
TELEFONO: _____ FAX: _____
ENCARGADO: RICARDO MONIS SERVICIO: MANUTENCION

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE N°
<u>USN</u>	<u>COOK MEDICAL</u>	<u>H30</u>	<u>LHT 0952-0716</u>
			

TRABAJO REALIZADO ☒

OBSERVACIONES ☒

- SE REALIZA MANTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA DRENAGE Y UENADO DE MUA BIRSEADA
- SE REVISÁ ESTADO DE PLASTISHELD (OK).
- SE REALIZA CAMBIO DE DEJUNIZE CONT MIDGE.
- SE REALIZA CALIBRACIÓN DE ENONCIA.
- SE REALIZAN PRUEBAS DE D.SPMW. EQUIPO 100% OPERATIVO.
- SE NOTA DETALLE EN PEDAL CONEXIÓN HALLA POMA SIN PLASTIZO DARRON, SE ACONSEJA A CLIENTE CAMBIO DE PEDAL.

HORA DE INICIO ☒

HORA DE TERMINO ☒

TOTAL HORAS HOMBRE ☒

FIRMA
CENCOMEX S.A.
TÉCNICO: Jorge FERNÁNDEZ

FIRMA
EMPRESA: BARBARA GONZALEZ ARCE
CLIENTE: Equipos Médicos
Clinica Vespucio SPA