



No 003773

FECHA: 22/06/2018

CLIENTE: Clinica Universidad de Los Andes

R.U.T.: 71.614.000-8

DIRECCION: Av. La Plaza 2501

CIUDAD: Santiago

TELEFONO:

FAX:

ENCARGADO: Wladimir Araya

SERVICIO: Mantenimiento

EQUIPO

Laser

MARCA

Cook

MODELO

H30

SERIE N°

LHT 1311-1215

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

Se realiza calibración del equipo. Mantenimiento preventivo, cambio de filtro de agua y cambio de agua

Verificar estado del blast shield en la próxima mantención, Reemplazar de ser necesario.

Fecha Próxima Mantención: 12/2018

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA
CENCOMEX S.A.

TÉCNICO:

Andres Yaten

FIRMA

EMPRESA:

CLIENTE: Wladimir Anaya