

FECHA: 19 / 5 / 2023

Cliente: CLINICA LAS UNDES

Dirección:

Ciudad: STGO.

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: COOK MEDICAL

Modelo: H30

Serie: LHT 1372 - 1215

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☒ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- CAMBIO DE BUSTSHIELD.

- DRENSE Y LLENADO DE AGUA BIODISCIADA.

- CAMBIO DE FICHO D.I.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE D.SPANW.


- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	FELE SAIZ
Cargo	
Firma	

FELE SAITZ SALINAS
19 MAY 2023
CLIENTE GOP.

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	

CENCOMEX