

FECHA: 3 / 11 / 2020

Cliente: Clínica Las Condes
Dirección: La Pirecilla #441
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Usen Marca: Cook Medical
Modelo: H30 Serie: CHT 1312 - 1215

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANUTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO
- SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODISOLUBLE
- SE REALIZA REVISIÓN DE BASTIDERO (OK)
- SE REVISAN NIVELES DE ENERGÍA. SE REALIZAN
PRUEBAS DE DESMAYO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	
Firma	 FELIPE SAITZ SALINAS 03 NOV 2020 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	 CENCOMEX