



CENCOMEX





SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003762

FECHA: 10/04/18

CLIENTE: Clinica Las Condes R.U.T.: _____
DIRECCION: _____ CIUDAD: Santiago
TELEFONO: _____ FAX: _____
ENCARGADO: Leonardo Roa SERVICIO: Mantenimiento

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE Nº
<u>LASER</u>	<u>COOK</u>	<u>H-30</u>	<u>LH1312-1215</u>
			

TRABAJO REALIZADO ☒

OBSERVACIONES ☒

- Mantenimiento Realizado
- Past SHILO Quemado, Se Realizara Reemplazo
- Equipo Funcional
- Calibracion Realizada
- Filtro y AGUA Cambiados

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMERE

TÉCNICO:

Andrea Yáñez

EMPRESA:
CLIENTE:

FIRMA