



**CENCOMEX**

SERVICIO TECNICO  
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197  
FONO: 2 2949 1133  
FAX: 2 2949 1073  
INDEPENDENCIA - SANTIAGO  
servicio.tecnico@cencomex.cl  
cyanez@cencomex.cl

## INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003094

FECHA:

06/11/18

CLIENTE: Clinica Las Condes

R.U.T.:

DIRECCION: Estomil

CIUDAD:

Santiago

TELEFONO:

FAX:


ENCARGADO: Leonardo Roa

SERVICIO:


Reparación

| EQUIPO       | MARCA       | MODELO     | SERIE Nº           |
|--------------|-------------|------------|--------------------|
| <u>hason</u> | <u>Cook</u> | <u>H30</u> | <u>LH1312-1215</u> |
|              |             |            |                    |
|              |             |            |                    |
|              |             |            |                    |
|              |             |            |                    |
|              |             |            |                    |
|              |             |            |                    |
|              |             |            |                    |
|              |             |            |                    |
|              |             |            |                    |

TRABAJO REALIZADO



OBSERVACIONES



ERROR NO SE PUDO REPRODUCIR

SE CALIBRA NUEVAMENTE

TEST DE EFUERTO POSITIVO SIN PROBLEMAS.

SE RECOMIENDA NO UTILIZAR ALARMA.

EQUIPO OPERATIVO 100%

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO


TOTAL HORAS HOMBRE

TÉCNICO:

FIRMA  
CENCOMEX S.A.  
Andrés Yañez  
Area Informática  
CENCOMEX S.A.

06/11/18

EMPRESA:  
CLIENTE:



FIRMA