



**CENCOMEX**

SERVICIO TECNICO  
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197  
FONO: 2 2949 1133  
FAX: 2 2949 1073  
INDEPENDENCIA - SANTIAGO  
servicio.tecnico@cencomex.cl  
cyanez@cencomex.cl

## INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 003094

FECHA:

06/11/18

CLIENTE: Clinica las Condes

R.U.T.:

DIRECCION: Estomil

CIUDAD:

Santiago

TELEFONO:

FAX:

ENCARGADO: LEONARDO ROA

SERVICIO:

Reparación

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE Nº


hason

Cook


H30

LH1312-1215

TRABAJO REALIZADO



OBSERVACIONES



Error NO se pudo reproducir  
Se Calienta nuevamente  
test de esfuerzo Positivo. Sin Problemas.  
Se recomienda no utilizar Alacázan.  
Equipo operativo 100%

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

TÉCNICO:

FIRMA  
CENCOMEX S.A.  
Andrés Yañez  
Area Informática  
CENCOMEX S.A.

06/11/18

EMPRESA:  
CLIENTE:



FIRMA