

FECHA: 6, 4, 2021

Cliente: CINIZA ALEMANA DE VALDIVIA
Dirección: BEAUCHEF 765
Ciudad: VALDIVIA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: COOK MEDICAL
Modelo: H30 Serie: CHT 1394 - 1116

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA PREDISEÑADA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTIDERO. (OK)
- CAMBIO DE DEIONIZE CANTIDAD.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Cristóbal García</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL APLICADO</u>
Firma	
	CENCOMEX