

FECHA: 11 / 9 / 2021

Cliente: HOSPITAL DE VICUNIA
Dirección: DANTRELL MOO
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: UPEN Marca: COOK MEDICAL
Modelo: H30 Serie: LHT 1443-1116

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANCIANA PASIVA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA PULSADA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE PULSADORES (06)
- CAMBIO DE ENGRÍA
- PRUEBAS DE DRENAJE.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Gerardo Plémez P.
Cargo	Jefe S.I.U.
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ing. Fernando
Cargo	ING. CIVIL VICUNIA
Firma	
	CENCOMEX