

FECHA: 11 / 4 / 24

Cliente: H. Sotero del Rto

Dirección: _____

Ciudad: Santiago

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER

Marca: Avanta system

Modelo: Cyber HO 100

Serie: CYH 0051-022

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Drenado y Rellenado con agua bidestilada.


Calibración de energía y pruebas de disparo exitosas


Blast Shield en estado óptimo.

Equipo 100% operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Leslie Ponce M.</u>
Cargo	<u>Encumero</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	
Firma	
CENCOMEX	