

FECHA: 18/10/2023

Cliente: HOSP. SOZENO DA RIO
Dirección:
Ciudad: SGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: VKen Marca: WANJA SYSTEM
Modelo: CYBER HD 100 Serie: CYH 0051-0170

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


- REVISION DE BANCO OPTICO.
- REVISION DE BUSHIELD.
- DRENAR Y LLENAR DE AGUA BIDESECCIONADA.
- CALIBRACION DE ENEMBIA.
- PANELES DE DISPLAY.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Lucie Ponce
Cargo	Enfermera
Firma	

CLIENTE

Nombre	JORGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICA
Firma	

CENCOMEX