

FECHA: 25 / 3 / 24

Cliente: Hospital Militar

Dirección: _____

Ciudad: Santiago

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100

Serie: CYH0268-0221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

BianSuiel en estado óptimo.

Drenados y rellenados de agua bidestilada

Calibración de cunja y pruebas de disparos ok

Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:


Nombre

Luis Viscarra

Cargo

tec. electrónico

Firma




CLIENTE

Nombre

Natalia Espinoza

Cargo



Firma

CENCOMEX