



CENCOMEX
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

HOJA DE SERVICIO

N° 7412

FECHA: 20 / 09 / 2023

Cliente: Clínica Indisa

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 150

Serie: CYH0676-0322

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Se drenan y rellena Agua Bidestilada, OK.

Se realizan Pruebas de Disparo y Calibración, OK.

* UPS mala, se envía a S.T.*

* Pedal malo, se confirmará reemplazo*

Mtto. Preventivo OK. Equipo Operativo //

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Danitza Henríquez G. Equipos Médicos Clínica INDISA
Cargo	INDISA
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX