

FECHA: 26 / 3 / 24

Cliente: Clínica Indisa

Dirección:

Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: Avanta System

Modelo: Cyber HO 150 Serie: CYH 0676-0322

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Drainaje y rellenado de agua bidestilada

Pruebas de disparo


Calibración de niveles de energía

BlasShield en estado óptimo


Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Fredimar Ruiz
Cargo	Tec. Proveedores Entren
Firma	

CLIENTE

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	

CENCOMEX