

FECHA: 14 / 12 / 23

Cliente: Hospital clínico Universidad de Chile
Dirección: Dr. Carlos Iorca Toboat 999
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: Cyber Ho 100 Serie: CYH 1072-0620

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Acción correctiva: cambio de conectores de tuberías (sist. Chiller)
Acción correctiva: Ajuste de asas de transporte
BlastShield en óptimas condiciones
Rellenado de agua bidestilada
Pruebas de disparo OK
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	BASILIO DAVEZ
Cargo	ENF
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	Ingeniero de campo
Firma	
	CENCOMEX