

FECHA: 3 / 6 / 24

Cliente: HEUCH
 Dirección: _____
 Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASER Marca: Quanta System
 Modelo: Cyber HO 100 Serie: CH 1072-0620

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Revisión de agua bidestilada del Sist. Hidráulico.
Pruebas de calibración de energía y pruebas de disparo
exitosas. Realización de test de desempeño.
Queda pendiente actualización de Software.
Equipo 100% operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>BASILIO PAVEZ</u>
Cargo	<u>Emp. Operario</u>
Firma	

CLIENTE

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	
Firma	

CENCOMEX