

FECHA: 30 / 05 / 2023

Cliente: J. J. Aguirre
Dirección: _____
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System
Modelo: Cyber HO 100 Serie: CYH 1072-0620

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Se drena y rellena Agua del Sistema de Enfriamiento.
Se realizan Pruebas de Disparo y cambio de Blast Shield.
Parada de Emergencia llega Activada
Mantenimiento Preventiva OK. Equipo Operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Rosmary Martínez</u>
Cargo	<u>Enfermera</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico Electrónico</u>
Firma	
	CENCOMEX