

FECHA: 10 / 11 / 2023

Cliente: HOSP. FAHA
Dirección:
Ciudad: STGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: KEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER HW 100 Serie: CYH 1244-0423

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

- REVISION DE ESTRUCTURA FISICA.
- REVISION DE BUSTHEAD (OK).
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA DESTILADA.
- CALIBRACION DE ENERGIA Y PRUEBAS DE DISPARO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Sebastián Castillo
Cargo	Enfermero Pabellón
Firma	 SEBASTIÁN CASTILLO M. CLIENTE ENFERMERO

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	 CENCOMEX