

FECHA: 3 / 5 / 24

Cliente: Hospital Focha

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Laser Urología

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100

Serie: CyH1247-0423

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

REVISAR estructura física del equipo. NIVELAR y LLEVAR a SISTEMA DE REFRIGERACIÓN con agua BIODESTILADA. SE REALIZAN PRUEBAS DE DISPOSO; AJUSTE y CALIBRACIÓN de ondas de energía. TODO SINTESE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. Equipo 100% Operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre

JAMES LETELIER

Cargo

EQUIPOS MEDICOS

Firma



CLIENTE


Nombre

BENJAMIN BARRERA

Cargo

INGENIERO EN ELECTRONICA

Firma



CENCOMEX