

FECHA: 28 / 08 / 2023

Cliente: Clínica Indisa

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100

Serie: CYH1954-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

Se realiza drenaje y llenado de Agua Bidestilada.
Se realizan Pruebas de Disparo, OK.
Estado del Blast Shield, OK.
Equipo Operativo//

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Fredimar Ramirez
Cargo	Lee Equipos Medicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX