

FECHA: 01 / 09 / 2023

Cliente: Dipreca

Dirección: _____

Ciudad: Santiago

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber Ho 100

Serie: CYH2060-1220

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Se realiza mtto. Preventivo según Protocolo Cencomex.
Se cambia Agua Bidestillada.
Pruebas de Disparo y revisión de Blast Shield, OK.
Trabajo sin novedades, Equipo Operativo //

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Deusse Santis</u>
Cargo	<u>Expimera</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico Electrónico</u>
Firma	
	CENCOMEX