

FECHA: 7 / 2 / 23

Cliente: CENCOMEX

Dirección: _____

Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: HD502 Marca: QUANTO SYSTEM

Modelo: CYBER HO 100 Serie: CYH 2060-4220

Servicio:

Mant Preventiva Mant Correctiva Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

Pieza quebrada Accesorio Ajuste/ Calibración Cambio repuesto

Mecánica Eléctrica Software Alimentación / Batería

Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

REVISIÓN BREST SHIELDS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. DRENAJE Y LLEGADE DE OILY BRESTHOLD. REVISIÓN DE NIVELES DE ELECTROLITO Y PRUEBAS DE RESERVA. REVISIÓN DE EQUIPO CON UPS Y CABET S/N 5011012819150LA300013.

Hora Inicio: Hora Termino:

Nombre	<u>Constanza Huentú</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>INC. CIVIL TECNICO</u>
Firma	
	CENCOMEX