

FECHA: 2 / 4 / 2024

Cliente: CLINICA VESPUGIO

Dirección: _____

Ciudad: STGO

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IAS EN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBERN HD 100

Serie: CYH 2520-1121

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTADOS FÍSICA - / PENSAR DE FIBRA LANCIA MDA.
DRINKE Y UENDU DE ACOP BIDESEÑADA.
REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSTSHIELD.
REVISIÓN DE NIVELAS DE ENONIA.
PRUEBAS DE DISPARO PUNTERO.
EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre

CLAUDIO VARGAS

Cargo

TECNICO EQM

Firma




CLIENTE

Nombre

 **Jorge Fernández F.**
Ingeniero Civil
Electrónico

Cargo

Firma



CENCOMEX