

FECHA: 21 / 3 / 2023

Cliente: UNOTECNIA
Dirección: _____
Ciudad: CHILLÁN Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER HW 100 Serie: CYH 2496-1221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE BLASTSHIELD.
- DRAPE Y LLENADO DE AGUA BIODESTILADA.
- REVISIÓN DE BANCO OPTICO.
- CALIBRACIÓN DE ENFOQUE.
- PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>José Caro</u>
Cargo	<u>Jefe Técnico</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ing civil administrador</u>
Firma	
CENCOMEX	