



CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INSUMOS, FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
COMERCIALIZACION DE INSUMOS FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

R.U.T.: 96.515.660-7
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 00216446

Casa Matriz:

Av. Galvarino 7640, Parque Aconcagua
Fono: 2751 8400
Comuna: Quilicura - Santiago.
Mail: cencomex@cencomex.cl

Sucursal:

Calle Autopista 5980
Autopista Talcahuano - Concepción
Fono:(041) - 325 5253
Comuna: Talcahuano - Talcahuano

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : CLINICA BICENTENARIO SPA
R.U.T. : 96.885.930 -7
DIRECCION : TITAN 3830, ZOCALO
COMUNA : ESTACION CENTRAL
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : HOSPITALES Y CLINICAS
COMENTARIOS : OC: MANTENCION

FECHA EMISION : 05 de febrero de 2024
TELEFONO :
IND. TRASLADO DE BIENES: OTROS NO VENTA


Sírvase recibir conforme lo siguiente:

a: Central de Compras del Extrasistema S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	PPA VOL COM	CANTIDAD	LOTE SERIE	FECHA EXPIRACION	PRECIO TOTAL
IBM000358	WATER FILTER CARTRIDGE ()	UN	2			2
CAQ000001	FILTRO HUMEDAD ()	UN	1			1
IT 8381						
CENCOMEX						
(OV: 265116) NUMERO DE SERIE CYT 0050-0119 (Choferes: ERWIN ROJAS 15.528.044-1, VICTOR MARTINEZ 14.167.256-8, JUAN ROSALES 12.256.692-7, SIMON CONTRERAS 17.463.397-5, JONATHAN CARCAMO 17.732.922-3, ENIO RIOBO 16.389.975-2, AMADO MATAMALA VERGARA 17.912.962-0, DIEGO RUBIO 17.732.182-9: Patentes: LPCB-57, KGXF-87, LXJX-72, LXJX-71, HHYG-69, FWLX-32, HWHY-76, HGVG-46)						

Son: CUATRO PESOS

Neto \$ 3
19% I.V.A \$ 1
Total \$ 4



Nombre: Miguel Zingel R.U.T.: 17 220.085-5
Recinto: C255 Fecha: 06-02-24 Firma: M. Z.

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA: 6 / 2 / 24

Cliente: Clínica Bicentenarios
Dirección: _____
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: Cyber TM Serie: CYT 0050-0119

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Cambio de filtro de humedad
Drenado de agua
Cambio de filtro de agua
Reemplazo de agua
Calibración de energía y pruebas de disparos.
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Miguel Zúñiga
Cargo	Especialista EE.MM
Firma	

CLIENTE

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	

CENCOMEX