

FECHA: 10 / 1 / 2023

Cliente: CENCOMEX
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER TM 200 Serie: CYT 250 - 01199

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☒ Eléctrica ☐ Software ☒ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- CAMBIO DE KIT DIODO DRIVER QUEMADO.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECCIONADA.
- CAMBIO DE FILTROS DE CALOR.
- CAMBIO DE FILTROS DE HUMEDAD.
- AJUSTE DE ENERGIA Y MUJERAS DE DISPLAY.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	LUIS ALFONSO
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fomanda
Cargo	ing. civil administrativo
Firma	
	CENCOMEX