

FECHA: 15 / 1 / 2022

Cliente: QUANTA BIQUENTENARIO

Dirección:

Ciudad: STGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: IASON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBON TM 200

Serie: CYT 0050-0119

**Servicio:**

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) \_\_\_\_\_

**Tipo de falla:**

☐ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) \_\_\_\_\_

**Descripción Trabajo:**

- REVISIÓN DE ESTANQUIDAD FÍSICA.

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODISOLADA

- CAMBIO DE FILTROS DE HUMEDAD.

- CAMBIO DE FILTROS DE CARBÓN.


- CALIBRACIÓN DE ENERGIAS.

- PEDIR DOBLE FOLIO DE SERVICIO - SIN \$10

Hora Inicio:

Hora Terminó:

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | VICTOR RIOS                                                                         |
| Cargo  | ESPECIALISTA DE EQUIPOS                                                             |
| Firma  |  |
|        | CLIENTE                                                                             |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | Jorge Fernández                                                                      |
| Cargo  | ING. CIVIL AUTOMATICO                                                                |
| Firma  |  |
|        | CENCOMEX                                                                             |